



Орден Трудового
Красного Знамени
1979 г.

ул. Сумська, 60
а. Харків 61002, Україна



Государственное предприятие «Государственный институт по
проектированию предприятий «химической промышленности»

основан в 1929 г.

Тел.: +38 (057) 715-60-42, 715-60-52, 715-60-95
Факс: +38 (057) 714-39-82



E-mail: giprokokoks@ic.kharkov.ua
www.giprokokoks.com

1

21.11.2013 № 23/о-77

на № _____ от _____

Директору Международного
научно-учебного центра
информационных технологий и
систем НАН и МОН Украины
профессору Гриценко В.И.
пр-т Академика Глушкова, 40, г.
Киев, 03680, Украина.

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Нашей организацией в декабре 2010г. было приобретено устройство для регистрации и обработки ЭКС с пальцевыми электродами «Фазаграф» заводской №0093. За время эксплуатации устройство работало стабильно, и было удобно в эксплуатации. Устройство постоянно используется для контроля состояния водителей при ежедневном медицинском контроле перед выходом в рейс. А также устройство использовалось для диагностики при поступлении жалоб от сотрудников на работу сердца.

У сотрудника института «Гипрококс» Лисенного А.Г., 55 лет, работавшего водителем в течении нескольких лет, в последнее время при предрейсовом осмотре было выявлено учащение сердечного ритма и отклонения в работе сердца при диагностике на устройстве «Фазаграф», кроме того было выявлено повышенное артериальное давление.

При повторении результатов диагностики на устройстве «Фазаграф» водитель Лисенный А.Г. был направлен на обследование и лечение в условиях стационара. Там при лечении были подобраны гипотензивные препараты, что привело к стабилизации артериального давления в пределах нормы. Но «Фазаграф» показывал те же отклонения в характеристиках работы сердца. Пациент был снова направлен на обследование и стационарное лечение и в результате признан нетрудоспособным и переведён на 2-ю группу инвалидности.

Своевременное принятие мер, после обследования на устройстве «Фазаграф», позволило предупредить возможность возникновения ДТП при вождении автомобиля.

В других случаях обследования сотрудников на устройстве «Фазаграф», при выявлении отклонений в работе сердечно-сосудистой системы своевременно принимались меры по дополнительному обследованию и лечению. В настоящее время эти сотрудники продолжают свою трудовую деятельность.

В настоящее время устройство не используется, так как была осуществлена замена компьютера. По этой причине не можем войти в эту программу и прислать все распечатки по Лисенкому А.Г. Присыпаем только две копии, сохранившиеся на бумаге.

Для дальнейшего использования устройства «Фазаграф» нам необходимо получение кода активации приложения «Фазаграф-П» для нового компьютера и, очень желательно, так же и для ноутбука.

Дополнительная возможность использования устройства «Фазаграф» с ноутбуком позволит медсестре оперативно снимать показания прямо на рабочих местах сотрудников, а доктору анализировать и распечатывать результаты у себя в кабинете.

Приложение на 2-х листах

С уважением,

Заместитель директора  А.С. Кухарь